

MENOR CUANTIA No. MC-SA-027 de 2026
**PROCEDIMIENTO DE ESCOGENCIA DE CONTRATISTA PARA LA MODALIDAD
DE SELECCIÓN DE CONTRATACIÓN MENOR CUANTIA**

OBJETO: "SUMINISTRO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y MOBILIARIO ASISTENCIAL PARA LA SEDE B LAS VILLAS DEL HOSPITAL DEL SARARE ESE."

Habiéndose presentado una (01) oferta, como consta en la apertura de sobres de las ofertas, se inicia por parte del comité evaluador la verificación de requisitos habilitantes.

PROPONENTE	NOMBRE DEL PROPONENTE	VALOR OFERTA PRESENTADA
1	HOSPICLINIC DE COLOMBIA S.A.S. NIT: 900.309.444-1	\$ 582.891.583

Acto seguido, el comité evaluador procederá a realizar la verificación de los aspectos de la oferta, que en el caso que nos ocupa es la presentada por la empresa **HOSPICLINIC DE COLOMBIA S.A.S.**, identificado con el **NIT** Nro. 900.309.444-1 representada legalmente por **MÓNICA VANESSA ÁLVAREZ** con cedula de ciudadanía Nro. 60.449.441 expedida en Cúcuta.

Se procederá a verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos de la propuesta conforme lo contemplado en la invitación publica:

1. REQUISITOS HABILITANTES.
1.1. VERIFICACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA PROPUESTA.

ITEM	NOMBRE DEL BIEN	CANT	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
1	BASCULA ADULTO	7	Balanza digital de piso 874 plus. Peso: 250 kg Desconexión automático, Hold. Función madre bebe	CUMPLE
			Tipo: Báscula electrónica plana para pesaje de pacientes	CUMPLE
			Capacidad máxima: 200 kg o 250 kg, según la variante	CUMPLE
			Graduación / división: 100 g (0,1 kg)	CUMPLE
			Pantalla: LCD luminiscente de alta visibilidad	CUMPLE
			Orientación de pantalla: Reversible, orientable hacia el paciente o el profesional de salud	CUMPLE
			Dimensiones del equipo: 360 x 61 x 400 mm (An x Al x Prof.)	CUMPLE
			Peso neto: 3,7 kg	CUMPLE
			Material de la plataforma: Plástico con aditivo antimicrobiano	CUMPLE
			Superficie: Antideslizante y de fácil limpieza	CUMPLE



**HOSPITAL
DEL SARARE**
Empresa Social del Estado

CODIGO

JUR-02-F01

REVISIÓN No.

2

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

**INFORME DE EVALUACIÓN
TECNICA**

Evolucionamos pensando en usted

			Base: Estructura de acero, robusta y estable	CUMPLE
			Patas niveladoras para uso sobre superficies irregulares	CUMPLE
			Accionamiento: Interruptor de pie optimizado	CUMPLE
			Alimentación: 2 baterías AA	CUMPLE
			Calibración: con certificación ONAC	CUMPLE
2	BIOMBO TRES CUERPOS PINTADO CON TELA ANTIFLUIDOS	36	Estructura en tubería redonda Cold Rolled de 7/8" calibre 18; con sistema para templar la tela, en varilla redonda atornillada; patas en tubería con cuatro ruedas de polipropileno de 2", más una rueda guía por cuerpo móvil; tela antifluido; acabado general en pintura color almendra epoxi poliéster en polvo, de aplicación electrostática, curada a 180°C; dimensiones generales ± 3 cm: ancho por cuerpo 68cm, ancho total extendido 200cm, altura 175 cm.	CUMPLE
3	BOMBA DE INFUSIÓN	50	Pantalla táctil a color de 2,4". Bomba de infusión para uso intravenoso con etiquetas de fármacos y múltiples modos de infusión. Sistema apilable para infusión de dos o más canales. 9 modos de infusión. Sistema de alarma completo. Batería de litio recargable y de larga duración.	CUMPLE
4	CAMILLA FIJA PARA PACIENTE	10	Posiciones médicas básicas: horizontal; Estructura en tubería Cold Rolled calibre 18, con base perímetro en tubería rectangular y patas en tubería redonda; un plano fijo, contenido en tábox de 15mm, tapizado en espuma densidad 26Kg/m3 de 5cm de grosor, cordobán Assia Supra de Proquinal; cuatro tapón esen PVC; acabado general: estructura en pintura color almendra epoxi-poliéster en polvo, de aplicación electrostática, curada a 180°C y tapizado color negro; dimensiones generales ± 3 cm: largo 183cm, ancho 60cm, alto 86cm; capacidad de carga estática: 160 kg.	CUMPLE
5	CAVITRON	2	Fuente de alimentación: 120v 50/60Hz Frecuencia de trabajo: 25 KHz $\pm 5\%$ Potencia: 10W-30W	CUMPLE
6	COMPRESOR DE AIRE	2	Compresor de aire seco libre de aceite potencia 1 HP máxima presión 120 psig 8,3 bares, tanque vertical de 30 litros PSI120 Bajo nivel de ruido Motor 1 hp en V 2 Pistones Peso Equipo: 42 Kilos. Medidas Equipo: Alto 69cms Largo 44cms Ancho 44cms.	CUMPLE



7	ELECTROCARDIOGRAFO	2	Pantalla LCD a color plegable, para visualización de ondas Impresora térmica incorporada de alta resolución Fuente de alimentación AC / DC Batería recargable Li-ion, con duración de 6.5 horas. Almacenamiento de datos de paciente: 500 ECG Filtrado digital Ajuste automático de línea de base Modo de trabajo Auto / Manual Detección y alerta de desconexión Medición e interpretación de ECG automático	CUMPLE
8	EQUIPO DE ÓRGANOS DE PARED	8	sistema de pared integrado que incluye otoscopio MacroView y oftalmoscopio PanOptic.	CUMPLE
			alimentados mediante transformador mural Green Series 777	CUMPLE
9	ESCALERILLA	10	Estructura en tubería redonda Cold Rolled de 7/8" calibre 18; paso sentáblex con piso antideslizante en PVC y bocel de PVC; cuatro tacón es interno sen PVC antideslizante; acabado general: estructura en pintura color almendra epoxi-poliéster en polvo, de aplicación electrostática, curada a 180 °C y pasos en color negro del PVC; dimensiones generales ±3cm: ancho 43cm, fondo 43cm, altura 40cm.	CUMPLE
10	FONENDOSCOPIO	6	Fonendoscopio de dos servicios. Tipo de producto: cabezal doble. Diámetro de diafragma: 45 mm (1,75) Diámetro de campana: 38,0 mm (1,5") Ajustable al oído: si Longitud total: 710 mm (28") Longitud de tubo: 571 mm (22,51") Libre de látex (sí/no): si Material de pieza pectoral: acero inoxidable Material de diafragma: policarbonato Material de arco y auriculares: acero inoxidable	CUMPLE
11	INSERTO PARA CAVITRON	20	Frecuencias Operan según modelo a 25 KHz Compatible con cavitron Bonart M1	CUMPLE
12	KIT BÁSICO ODONTOLOGÍA	110	Mango con espejo	CUMPLE
			Explorador doble extremo	CUMPLE
			Pinza algodонера	CUMPLE
			Excavador o cucharilla doble extremo	CUMPLE
13	MARTILLO DE REFLEJOS	8	Martillo para reflejos buck 3 servicios Características: Longitud 18,8 cm Mango aleación de zinc - cabeza PVC	CUMPLE
14	MESA AUXILIAR	10	Estructura tubular redonda de 1" cold-rolled cubierta superior e inferior en lamina de acero inoxidable cubierta superior en lamina de acero inoxidable protegida con barandillas montada sobre 4 ruedas de 3" dim: 0.78 alto x 0.53 mts largo x 0.43 mts ancho acabado en cromo.	CUMPLE
15	TALLÍMETRO	7	Rango de medición: 20 – 205 cm	CUMPLE
			División / graduación: 1 mm	CUMPLE
			Lectura: Escala lateral de fácil visualización	CUMPLE
			Base: Amplia y sólida, para proporcionar estabilidad	CUMPLE
			Montaje: Ensamble rápido, sin necesidad de fijación a pared	CUMPLE

			Cabezal: Tope/corredera para la cabeza de desplazamiento suave	CUMPLE
			Estructura: Desmontable en varias piezas para facilitar transporte	CUMPLE
			Dimensiones del equipo: 337 x 2.130 x 590 mm (An x Al x Prof.)	CUMPLE
			Peso: 2,4 kg	CUMPLE
16	TENSÍOMETRO DE PARED	8	Montaje: De pared	CUMPLE
			Rango de medición: 0 – 300 mmHg	CUMPLE
			Intervalo de escala: 10 mmHg	CUMPLE
			Resolución: 2 mmHg	CUMPLE
			Precisión: ± 3 mmHg	CUMPLE
			Indicador: Aguja roja de alto contraste	CUMPLE
			Dial: Ahuecado/cóncavo para mejorar la visualización y disminuir errores de paralaje	CUMPLE
			Rotación: 70°	CUMPLE
			Material de carcasa: Policarbonato y ABS	CUMPLE
			Brazalete: FlexiPort de dos vías, reutilizable	CUMPLE
			Material libre de látex: Sí	CUMPLE
			Sistema de insuflación: Pera/perilla de insuflación	CUMPLE
			Sistema de desinflado: Válvula de liberación de aire	CUMPLE
			Manguera: Tubo enrollado de aproximadamente 200 cm	CUMPLE
			Soporte: Soporte para montaje en pared	CUMPLE
			Almacenamiento: Canastilla/cesto incorporado para brazalete y accesorios	CUMPLE
			Calibración: con certificación ONAC	CUMPLE
17	UNIDAD ODONTOLÓGICA	3	Silla	CUMPLE
			Modelo con 3 actuadores, para generar movimientos independientes en la espalda, base y piecero.	CUMPLE
			Sillas con formas ergonómicas y divisiones en la espalda para mayor comodidad del paciente.	CUMPLE
			Soporte de brazos internos	CUMPLE
			Reposacabezas biarticulado y ajustable	CUMPLE
			Movimiento mediante motores de ascenso y descenso de la silla, el espaldar y el piecero, silla completamente sentada y también horizontal, como camilla	CUMPLE
			Altura variable	CUMPLE
			Libre de costuras, aséptico	CUMPLE
			Soporta peso máximo 200 kilos	CUMPLE
			Base	CUMPLE
			Base electrónica amplia de conexiones internas, ó externas	CUMPLE
			Platina en acero HR	CUMPLE
			Laterales levantados para evitar el contacto de la unidad con el piso, con aislantes.	CUMPLE



		Material de la unidad en acero inoxidable, HR y aluminio, bujes en bronce.	CUMPLE
		Forro frontal en poliestireno de alta resistencia.	CUMPLE
		Toma eléctrica	CUMPLE
		Voltaje 110/120 VAC/60 Hz	CUMPLE
		Modelo con 3 actuadores, para generar movimientos independientes en la espalda, base y piecero.	CUMPLE
		Pedal manos libres	CUMPLE
		Butaco	CUMPLE
		Ergonómico con pistón a gas	CUMPLE
		Estructura ABS con 5 rodachines	CUMPLE
		Pistón para graduar la altura, ascenso y descenso	CUMPLE
		Control de regulación lumbar	CUMPLE
		Tapicería libre de costuras	CUMPLE
		Módulo	CUMPLE
		Material de alta resistencia con acabado UV	CUMPLE
		Brazo articulado lateral, giratorio, con movimientos horizontales, rótula de 180 grados extensible y con bloqueo.	CUMPLE
		Marcación en láser	CUMPLE
		Panel en el módulo, sube baja base, sube baja espaldar, sube baja piecero, llena vaso y lava taza digital, eyectores digitales	CUMPLE
		Bandeja en acero removible de 4 servicios	CUMPLE
		Escupidera	CUMPLE
		Estructura de alta resistencia con acabado UV	CUMPLE
		Taza en porcelana blanca o en vidrio	CUMPLE
		Filtro o canastilla para sólidos	CUMPLE
		Conductos de salida de agua desmontables, en acero inoxidable, llena vaso y lava taza	CUMPLE
		Eyector de saliva de baja y de alta, por agua o aire, por sistema Venturi	CUMPLE
		Conector para cavitron	CUMPLE
		Tanque de reserva de agua	CUMPLE
		Lámpara	CUMPLE
		Temperatura de color alternativa 3300 k – 6000 k – 8 bombillos	CUMPLE
		Control de interruptor sin contacto, también tiene función manual	CUMPLE
		Opción de controlar la temperatura y la intensidad de luz	CUMPLE
		Primera temperatura de 4.000K, color ámbar, cambia la tonalidad hasta llegar a luz blanca en la posición 5 (5.500k).	CUMPLE
		Dimensiones del campo: Entre 90mm por 130mm a 64 cm de distancia, hasta 140mm por 220mm a 94 cm de distancia, sin perder el foco.	CUMPLE



**HOSPITAL
DEL SARARE**
Empresa Social del Estado

CODIGO

JUR-02-F01

REVISIÓN No.

2

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

**INFORME DE EVALUACIÓN
TECNICA**

Evolucionamos pensando en usted

		Los mangos de la lámpara se pueden retirar para facilitar la limpieza.	CUMPLE
		Instalación	CUMPLE
		Instalación y puesta en marcha de las tres (3) unidades odontológicas	CUMPLE

Conclusión: Se encuentra que la propuesta presentada por **HOSPICLINIC DE COLOMBIA S.A.S.**, identificado con el NIT Nro. 900.309.444-1 representada legalmente por **MÓNICA VANESSA ÁLVAREZ** con cedula de ciudadanía Nro. 60.449.441 expedida en Cúcuta, **CUMPLE** con las especificaciones técnicas de la Invitación Publica.

1.2. EQUIPOS APROBADOS SEGÚN PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADA.

ITEM	NOMBRE DEL BIEN	CANT	VALOR UNIT	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	BASCULA ADULTO	7	\$ 2.699.000	\$ 512.810	\$ 22.482.670
2	BIOMBO TRES CUERPOS PINTADO CON TELA ANTIFLUIDOS	36	\$ 615.000	\$ 116.850	\$ 26.346.600
3	BOMBA DE INFUSIÓN	50	\$ 3.639.000	\$ -	\$ 181.950.000
4	CAMILLA FIJA PARA PACIENTE	10	\$ 661.500	\$ 125.685	\$ 7.871.850
5	CAVITRON	2	\$ 7.599.000	\$ 1.443.810	\$ 18.085.620
6	COMPRESOR DE AIRE	2	\$ 8.891.000	\$ 1.689.290	\$ 21.160.580
7	ELECTROCARDIOGRAFO	2	\$ 4.299.000	\$ 816.810	\$ 10.231.620
8	EQUIPO DE ÓRGANOS DE PARED	8	\$ 7.285.000	\$ 1.384.150	\$ 69.353.200
9	ESCALERILLA	10	\$ 161.000	\$ 30.590	\$ 1.915.900
10	FONENDOSCOPIO	6	\$ 608.650	\$ 115.644	\$ 4.345.761
11	INSERTO PARA CAVITRON	20	\$ 677.500	\$ 128.725	\$ 16.124.500
12	KIT BASICO ODONTOLOGIA	110	\$ 366.500	\$ 69.635	\$ 47.974.850
13	MARTILLO DE REFLEJOS	8	\$ 28.000	\$ 5.320	\$ 266.560
14	MESA AUXILIAR	10	\$ 670.500	\$ 127.395	\$ 7.978.950
15	TALLIMETRO	7	\$ 1.379.000	\$ 262.010	\$ 11.487.070
16	TENSIOMETRO DE PARED	8	\$ 1.464.750	\$ 278.303	\$ 13.944.420
17	UNIDAD ODONTOLÓGICA	3	\$ 33.997.600	\$ 6.459.544	\$ 121.371.432
SUBTOTAL: \$518,875,700					
VALOR IVA: \$64,015,883					
VALOR TOTAL: \$582,891,583					

Conclusión: El análisis técnico establece que los equipos que serán entregados durante la ejecución del proceso, conforme a la propuesta presentada por la empresa **HOSPICLINIC DE COLOMBIA S.A.S.**, identificado con el NIT Nro. 900.309.444-1 representada legalmente por **MÓNICA VANESSA ÁLVAREZ** con cedula de ciudadanía Nro. 60.449.441 expedida en Cúcuta, deberán corresponder a los especificados en el cuadro anterior o, en su defecto, deberán cumplir con características técnicas iguales o superiores en cuanto a marca y modelo, manteniendo el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en los pliegos del proceso y la propuesta presentada por el oferente.

Saravena, 14 de septiembre de 2026.

FIRMADO EN ORIGINAL

JENNIFER DESSIRET AYALA CARCAMO
Líder de Almacén
Evaluador aspectos técnicos

FIRMADO EN ORIGINAL

MONIKA DANIELLA CRUZ SANCHEZ
Líder de gestión biomédica
Evaluador aspectos técnicos